

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № 008/2-251

<u>Дозаторы ВЮНИТ</u>		
Инвентарный номер	Заводской №	№ в Госреестре
8794 – 8803, 7783	-	36153-07

Назначение: отбор и дозирование жидкостей

Технические характеристики.		Место хранения. Условия эксплуатации
Зав. № дозатора	Объем дозирования, мкл	к. 155; (10 – 35) °С; RH не более 80 % при 25 °С
10181810	100-1000	
11034622	2-20	
11020165	20-200	
10194672	500-5000 (электр)	
10060067	1000	
10140896	2-20	
10140956	100-1000	
10140926	20-2000	


Результаты первичной поверки отсутствуют

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
<i>Протокол первичной поверки отсутствует</i>	-	-

Периодичность поверки: отсутствует.

Средства измерений пригодны для использования в лаб 251 в соответствии с назначением с характеристиками и в условиях указанных выше в качестве вспомогательного оборудования.

Ответственный за состояние СИ и ВО



Мигаль П.В.

Периодической поверке не подлежит, т.к. используется в качестве ВО. При использовании в качестве СИ необходима градуировка по дистиллированной воде на весах I специального класса точности с НПВ не более 220 г.